

溶剤除去性浸透探傷試験記録

株式会社 殿

品 名：

図面番号：

数 量：

材 質：



株式会社 光栄

〒132-0021 東京都江戸川区中央3-5-6

TEL 03 (3674) 5222

FAX 03 (3656) 0503

1：条件

JIS Z2343 VC-Sによる。

洗浄液	FR-Q	株式会社 タセト	探傷温度 15~50℃	℃
浸透液	FP-S		浸透時間 5~15分	分
現像液	FD-S		現像時間 7~15分	分
探傷状態				

2：探傷部

別紙写真参照

3：判定基準

線状並びに円形状等の欠陥指示模様が認められないこと。

4：結果

実施日： 年 月 日

検査： 認証番号：

承認： 認証番号：

浸透探傷検査
検査風景写真

